

大阪府立大学研究推進機構液化窒素供給設備更新契約における質問と回答については、以下のとおりです。

質問事項		回答
仕様書 項目番号	質問内容	
1. 一般事項 3) 見積要求事項	・雨水配管の迂回について、添付図のような配管工事を想定しております。本内容での施工は可能でしょうか。	—
同上	・新ガス設備の設置に際して、設置の妨げとなるような物の撤去は行って頂けるのでしょうか。 撤去頂けない場合、こちらで撤去する必要のあるものについてご教示下さい。	・設置の妨げとなるような物の撤去については、大学が負担する。
2. 仕様詳細 1) 液化窒素貯槽仕様	・仕様書内では、ブリーダー弁(R3弁)に関する記述がありませんが、設置の必要はございませんでしょうか。	・ブリーダー弁の設置が必要。
同上	・液化窒素貯槽、送ガス蒸発器、液取荷台をはじめとする各設備および配管の配置案を添付致します。 本内容での施工で不都合ありませんでしょうか。	—